

青阳县中医医院电动流产吸引器等设备询价 采购项目（二次）公告

根据临床使用需要，我院对电动流产吸引器等设备进行询价采购（二次），现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZYYY2025-223
- 2、项目名称：青阳县中医医院电动流产吸引器等设备询价采购项目（二次）
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算： 7120 元
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；

属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：

1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2.评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。

3.在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。

三、询价文件获取

1、获取询价文件开始日期：2025 年 7 月 25 日

2、获取询价文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印询价文件；

四、响应文件递交截止日期：2025 年 8 月 1 日 11 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封件中递交）

六、开标时间和地点：

1、开标时间：2025 年 8 月 2 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）

2、开标地点：青阳县中医医院检验科二楼会议室

七、报价要求：投标人所报单价不得超过控制单价、所报总价不得超过总预算价。否则视为无效报价。

八、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的询价响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，根据产品总报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动。

九、供货期：合同签订后，接医院通知 7 个工作日内完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十、免费质保期：验收合格后 1 年。

十一、付款方式：验收合格后 7 个工作日内付合同总价款。

十二、供货地点：采购人指定地点。

十三、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳中医医院电动流产吸引器等设备询价采购项目（二次）报价表														
序号	名称	规格型号	生产企业	参数需求	采购需求是否全部满足	参考需求数量	单位	控制单价(元)	小计(元)	总预算价(元)	单价报价(元)	小计(元)	合计总报价(元)	报价公司名称
1	电动流产吸引器			1、大流量无油润滑真空泵作负压源、二级负压控制 2、机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现 3、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压) 4、负压回降：≤0.005Mpa(38mmHg)/10min 5、抽气速率：≥15L/min 6、噪音：≤60dB (A) 7、贮液瓶：500ml×2 (玻璃) 8、贮气瓶：2500ml×2 (玻璃)		1	台	2100	2100	7120				
2	子宫操纵器			在妇科诊疗中提供举宫、操纵用。(包含操纵杆、手柄、引导棒、操纵头(大、小)、锁杆、举宫头、)		1	套	2000	2000					
3	举宫杯	直径38mm		需与我院在用的子宫操纵器(型号：DC-A)能配套使用		1	个	500	500					
4	举宫杯	直径32mm				1	个	500	500					
5	举宫杯	直径28mm				1	个	500	500					
6	举宫杯	直径24mm				2	个	500	1000					
7	痔漏探针	18cm双头、球直径2/球直径3、银质		用于肛肠科、(硬度适中，不能太软)		4	根	130	520					
1、表中参考需求数量为预估数量，实际采购数量以采购人实际需求量为准。 2、所投产品必须满足医院使用要求，所投产品须等同于或者优于清单中的要求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止。 3、投标人单价报价不得超过控制单价、合计总报价不得超过总预算价，否则视为无效报价。 4、请投标人务必仔细核对所有的单价报价、合计总报价等金额，确保正确无误，如出现计算、报价等错误影响评标结果的，视为无效报价。														