

青阳县中医医院数字化胃肠机球管询价采购

项目公告

因我院数字化胃肠机球管损坏，为了保障设备的正常运行，现对该球管进行询价采购，现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZY2025-226
- 2、项目名称：青阳县中医医院数字化胃肠机球管询价采购项目
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算：4.5 万元
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：

2.1 供应商须具有有效的营业执照、辐射安全许可证。

2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。

2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。

2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

2.5 供应商须在中标后，签订合同前提供球管生产厂家的授权证明。

备注：

1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2.评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。技术参数须在投标文件中提供有效证明材料（包含医疗器械注册证、检测报告、官方产品说明书、官方技术白皮书、产品标签、官方印刷的彩页等）、需在证明材料中用方框等醒目标志注明参数在证明材料中的准确位置（需注明所对应参数的序号），否则视为不响应相应参数。

3.在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。

三、售后服务：格式、内容自拟。

四、询价文件获取：

1、获取询价文件开始日期：2025 年 8 月 1 日

2、获取询价文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印询价文件；

五、响应文件递交截止日期：2025 年 8 月 8 日 11 时 30 分

六、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封件中递交）

七、开标时间和地点:

1、开标时间: 2025 年 8 月 9 日上午 10:00 (开标时间如有变动恕不另行通知)

2、开标地点:青阳县中医医院检验科二楼会议室

八、报价要求: 投标人所报单价不得超过控制单价否则视为无效报价。

九、评审程序及成交原则:

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的响应文件进行拆封、评审,在资格审查通过后且满足采购需求的前提下, 根据产品报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人,原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人,如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同,采购人可以推荐第二中标候选人为成交人,也可以选择重新开展采购活动。

十、供货要求

1、签订合同后,球管损坏时5日历天供货完毕(含安装、调试),新球管更换后坏球管退回成交供应商,款项付清后新球管所有权归医院所有。

2、产品安装调试后必须满足我院数字化胃肠机机器的正常使用,否则视为无效标。

3、本次采购的球管为全新球管,非翻新球管,需提供球管合格证书。

十一、免费质保期:验收合格后 1 年

十二、付款方式：安装调试完毕，验收合格后付至合同价款的 90%，
余款 10%质保期结束后一次性付清。

十三、供货地点：采购人指定地点。

十四、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳县中医医院数字化胃肠机球管采购项目报价表

序号	名称	规格型号	生产企业	技术参数需求	技术参数需求是否全部满足	需求数量	单位	控制单价(万元)	单价报价(万元)	报价公司名称
1	数字化胃肠机球管			1、标称X射线管电压：150KV 2、焦点标称值：小焦点0.6 mm、大焦点1.5mm 3、最大灯丝电流：5.2 A（大焦点）5.5A(小焦点) 4、连续阳极输入功率：300W (170HU/S) 5、阳极热容量：280 KJ (400 kHU) 6、最大管组件热容量：1100 kJ(1570 kHU) 7、靶角：12°		1	只	4.5		

1、所投产品须全部满足技术参数需求中的要求，产品安装调试后必须满足我院数字化胃肠机的正常使用，如不能满足，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止，否则视为无效标。

2、投标人单价报价不得超过控制单价，否则视为无效报价。