



青阳县中医医院胃镜室所需设备、妇科手术器械 询价采购项目公告

根据临床使用需要，我院对胃镜室所需设备、妇科手术器械进行询价采购，现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZYYY2025-230
- 2、项目名称：青阳县中医医院胃镜室所需设备、妇科手术器械询价采购项目
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算：24000 元（其中 A 包：18000 元、B 包：6000 元）
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；

属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：

1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2.评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。

3.在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。

三、询价文件获取

1、获取询价文件开始日期：2025 年 9 月 30 日

2、获取询价文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印询价文件；

四、询价响应文件递交截止日期：2025 年 10 月 13 日 13 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封文件中递交）

六、开标时间和地点：

1、开标时间：2025 年 10 月 14 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）

2、开标地点：青阳县中医医院 5 号楼二楼会议室

七、报价要求：投标人单价报价不得超过控制单价、总报价不得超过总预算价。否则视为无效报价。

八、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的询价响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，根据每个包产品总报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动。

九、供货期：合同签订后，接医院通知 7 个工作日完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十、免费质保期：验收合格后 1 年。

十一、付款方式：验收合格且中标方提供正规足额的发票后 7 个工作日内付合同总价款。

十二、供货地点：采购人指定地点。

十三、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812



青阳县中医医院胃镜室所需设备、妇科手术器械询价采购项目报价表															
包别	序号	名称	规格型号	项目需求	需求是否响应	需求数量	单位	控制单价(元)	小计(元)	总预算价(元)	单价报价(元)	小计(元)	合计总报价(元)	生产企业	报价公司名称
A包	1	内窥镜储存柜		1、不锈钢双门储存柜 2、至少可同时存放2根电子胃镜、2根电子肠镜。 3、内置紫外线灯、活检钳挂钩		1	个	11000	11000	18000					
	2	医用转移车		1、车框架采用优质钢材和优质压铸型铝合金型材，表面喷塑处理。 2、车面上配护栏、防水软垫、可调式输液架和安全搭扣。平车整体高度可升降调节。 3、提拉升降式护栏，抬起放下采用气弹簧缓冲设计，全藏式设计，可完全收于车面之下 4、背部采用液压汽簧支撑抬起功能，背部床板抬起倾斜角度从0°-65°，可以任意选择至舒适位置。 5、摇杆系统：每支摇杆可独立承重≥160KG，具备双向过盈过载保护功能，双向极限保护摇杆。 6、车体可整体升降、整体载重≥250KG 7、头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，车头车尾带有对角输液架插孔，并配有输液架1根。 8、≥6寸带制动装置的优质高级静音中控脚轮，三档控制：定向、万向、制动，可一脚制动整车刹停。配有导向论踏板系统。 9、配车垫1张、床垫上带有4条安全绑带，使用魔术贴固定。		1	台	4000	4000						
	3	不锈钢治疗车	外形尺寸 800*450*890 (±100mm)	304优质不锈钢材质、双层、左右双抽屉，优质静音万向轮。		2	台	1500	3000						
B包	1	双极电凝	(钳式)弯分离型 (直径5*330mm)	1、附配套双极线 2、质优品牌		1	把	3000	3000	6000					
	2	双极抓钳	U型弹簧、金属柄 (直径5*330mm)	1、附配套双极线 2、质优品牌		1	把	3000	3000						
1、表中需求数量为预估量，实际采购数量以采购人实际需求量为准。 、所投产品必须满足医院使用要求，所投产品须等同于或者优于清单中的要求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止。 3、投标人单价报价不得超过控制单价、合计总报价不得超过总预算价。否则视为无效报价。 4、请投标人务必仔细核对所有的单价报价、合计总报价等金额，确保正确无误，如出现计算、报价等错误影响评标结果的，视为无效报价。															

2