

青阳县中医医院蓉城分院门诊设备采购项目公告

根据临床使用需要，我院对蓉城分院门诊设备进行询价采购，现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZY2025-232
- 2、项目名称：青阳县中医医院蓉城分院门诊设备采购项目
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算：44400 元（其中 A 包：35000 元、B 包：9400 元）
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：



1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2.评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。

3.在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。

三、询价文件获取

1、获取询价文件开始日期：2025 年 11 月 17 日

2、获取询价文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印询价文件；

四、询价响应文件递交截止日期：2025 年 11 月 24 日 11 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封文件中递交）密封件封面上需备注项目名称、项目编号以及所投包别号。

六、开标时间和地点：

1、开标时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）

2、开标地点：青阳县中医医院 5 号楼二楼会议室

七、报价要求：投标人单价报价不得超过控制单价、总报价不得超过总预算价。否则视为无效报价。

八、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的询价响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，根据每个包别的产品总报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动。

九、供货期：合同签订后，接医院通知 7 个工作日完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十、免费质保期：A 包所有设备验收合格后 2 年

B 包所有设备验收合格后 1 年

十一、付款方式：验收合格且中标方提供正规足额的发票后 7 个工作日内付合同总价款 90%，余款待质保期结束后一次性付清，不计利息。

十二、供货地点：采购人指定地点。

十三、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳县中医医院蓉城分院门诊设备采购项目报价表

包别	序号	名称	规格型号	生产厂家及品牌	项目需求	采购需求是否全部响应	备注	需求数量	单位	控制单价(元)	小计(元)	总预算价(元)	单价报价(元)	报价小计(元)	合计总报价(元)	生产企业	报价公司名称
A包	1	心电监护仪			1、便携一体式监护仪，整机无风扇涉及 2、≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600，主机集成附件收纳槽。 3、标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时 4、主机使用时间≥10年。整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2 5、标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数 6、标配3/5导心电，具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。 7、具有强大的心电图抗干扰能力，耐级化电压。 8、具备心拍类型识别功能，≥38种心律失常，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。 9、具有ST段分析和ST View功能。具有QT/QTc测量功能 10、标准PII血氧灌注指数 11、具有数据存储和回顾功能		提供产品彩页	1	台	12000	12000	35000					
	2	心电图机			1、该设备需具备远程上传数据功能，且已开通该功能，能远程上传数据，方便临床医师远程读取数据出具报告，所有费用含在报价中，医院无需为该远程功能出具任何费用 2、导联：12导联同步采集、显示、打印 3、支持210mm、216mm规格型号的折叠纸和卷纸 4、支持拼音、英文、五笔输入 5、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 6、≥5.7英寸彩色液晶屏		提供产品彩页	1	台	23000	23000						
B包	1	电动吸引器			1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染。 2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。 3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和真空泵内。 4、配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。 5、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 6、负压调节系统可根据临床需要作无级调压 7、整机结构紧凑、工作平稳、噪声低，使用寿命长。 8、极限负压值：≥0.09MPa9、负压调节范围：0.02MPa--极限负压值。 9、抽气速率：≥40L/min贮液瓶：2500ml（玻璃）*2		提供产品彩页	1	台	1500	1500	9400					
	2	红外线热辐射理疗灯			1、微电脑智能控制 2、灯头功率≥400W 3、灯头护盖直径≥28cm 4、灯头旋转角度：360° 5、红外线峰值波长：2-10μm 6、具备定时功能、完成设定照射时间报警功能。		提供产品彩页	7	台	1000	7000						
	3	电子血压计				臂式、全自动、专利袖带、进口芯片、测量准确		提供产品彩页	3	台	300		900				

1、表中需求数量为预估量，实际采购数量以采购人实际需求量为准。
2、所投产品必须满足医院使用要求，所投产品须等同于或者优于清单中的要求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止。
3、投标人单价报价不得超过控制单价、合计总报价不得超过总预算价，否则视为无效报价。
4、请投标人务必仔细核对所有的单价报价、合计总报价等金额，确保正确无误，如出现计算、报价等错误影响评标结果的，视为无效报价。