

青阳县中医医院麻醉视频喉镜（可视喉镜）及配套耗材配送服务项目公告

根据临床使用需要，我院对麻醉视频喉镜（可视喉镜）及配套耗材配送服务项目进行招标，现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZYYY2026-241
- 2、项目名称：青阳县中医医院麻醉视频喉镜（可视喉镜）及配套耗材配送服务项目
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算：设备：30000元、配套耗材：20元/只
- 5、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；

属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：

1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2. 评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。

3. 在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。

三、招标文件获取

1、获取招标文件开始日期：2026 年 3 月 11 日

2、获取招标文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印招标文件；

四、响应文件递交截止日期：2026 年 3 月 16 日 11 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本，（正本、副本请放于同一密封件中递交）密封件封面须注明：项目名称、项目编号、投标单位名称等相关信息

六、开标时间和地点：

1、开标时间：2026 年 3 月 17 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）

2、开标地点：青阳县中医医院检验科二楼会议室

七、报价要求：投标人单价报价不得超过控制单价，总报价不得超过

总预算价，否则视为无效报价。

八、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，本项目采取综合评分法：根据综合评分从高到低的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为综合评分最高的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动，具体评分办法见下表：

投标 报价 分 (100 分)	设备价 格分 (90 分)	设备价格分统一采用合理低价法，即满足招标文件要求且设备投标价格最低的为评标基准价， <u>其价格分为满分 90 分</u> 。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 90 × 100% 注：投标报价如有小数，小数点保留两位，第三位四舍五入。 1、设备报价不得低于成本价。 2、 <u>评标委员会认为投标人的报价为异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标文件内提供书面说明及相关证明材料；投标人如未提书面说明及相关证明材料，评标委员会应当将其作为无效投标处理</u>
	配套耗 材价格 分 (10 分)	1. 评标基准价的确定 <u>总报价最低的为评标基准价</u> 2. 评标价的偏差率计算公式 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 10 × 100%

		注：投标报价为所有品目有效单价，小数点保留两位，第三位四舍五入。
--	--	----------------------------------



九、政策调整：

1、政策调整：在双方履行执行中，如果招投标文件和协议与上级要求有冲突，双方按照上级要求执行，医院不为此承担任何责任。

2、目录调整：属于安徽省医药集中采购管理的产品（如有），其品规不在集中交易目录和备案交易目录的，应当立即调整；其品规不在集中交易目录的，要立即到调整（更换）为集中交易目录。本条所述的调整均应在合同签订前完成。

3、若所投产品属于安徽省医药集中采购平台交易目录内的产品，本项目供应商的投标报价不得高于安徽医药集中采购平台交易目录最高限价，且本项目合同期内，若中标产品在安徽医药集中采购平台交易目录最高限价如有下调，应及时执行最新降价后的安徽省医药集中采购平台交易目录限价和本次中标价中的最低价。如合同期间，本项目采购内容如有相关政策调整将按照最新发布的相关规定和政策执行，以符合国家及当地政策要求为准。

4、如所投产品如具备安徽省医保局规定 27 位医保耗材代码，需填写在响应文件分项报价表中。

十、设备供货期：合同签订后，接医院通知 10 个工作日完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十一、质保期：

1、设备免费质保期：验收合格后1年。

2、耗材质保期：所供产品必须保证质量，剩余质保期应大于整个有效周期的三分之二。



十二、付款方式：

1、设备：验收合格且中标方提供正规足额的发票后7个工作日内付合同总价款90%，余款10%待质保期结束后一次性付清，不计利息。

2、耗材：货到验收合格后，甲方及时入账通知临床科室领用，避免造成过期、失效、积压现象发生，若配送产品临近过期、失效，乙方负责更换新批号的产品。在产品无质量问题等其他纠纷的情况下每三个月据实结算，乙方须提供正规足额发票。

十三、合同期限：耗材配送服务合同履行期限3年，采用1+1+1方式签订（一年服务期结束后，如中标人履约良好，经甲乙双方同意续签下一年合同，续签时间最长不超过2年，总年限不超过3年）

十四、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳中医医院麻醉视频喉镜（可视喉镜）及配套耗材配送服务项目（设备）报价表

序号	名称	规格	型号	采购需求	采购需求是否全部满足	备注	质保期(年)	售后服务	生产企业	年预估需求数量	单位	控制单价(元)	总预算价(元)	单价报价(元)	总报价(元)	报价公司名称
1	麻醉视频喉镜 (可视喉镜)			1、适用范围：指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，适用儿童、成人。 2、结构及组成：由显示主机、操作手柄、电源适配器和一次性喉镜片组成。 3、显示屏≥3英寸 4、显示分辨率：≥640*480 5、观察视角：≥60° 6、景深范围：10-100mm、15-75mm均可 7、屏幕可前后左右四向旋转，左右转动角度≥180°、前后转动角度≥120° 8、照度≥1000Lux 9、具备防雾功能 10、存储容量：≥32G		所有采购需求须全部响应，请在投标时提供符合采购需求的支撑材料，并将响应的每一条参数在支撑材料里做出显著标识		投标单位自拟		2	台	15000	30000			

- 1、实际采购数量以采购人实际需求量为准。
- 2、所投产品必须满足医院使用需求，所投产品须等同于或者优于采购需求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用需求为止。
- 3、投标人所报单价不得超过控制单价、总报价不得超过总预算价，否则视为无效报价。
- 4、请投标人务必仔细核对所有的报价、小计、总报价等金额，确保正确无误，如出现计算错误影响评标结果的，视为无效报价。

青阳中医医院麻醉视频喉镜（可视喉镜）及配套耗材配送服务项目（耗材）报价表

序号	名称	规格型号	采购需求	采购需求是否全部满足	备注	售后服务	生产企业	平台流水号(如有)	控制单价(元)	单位	单价报价(元)	报价公司名称
1	一次性喉镜片	各种规格型号	与所投麻醉视频喉镜能配套使用，要求最小起发量50只。			投标单位自拟			20	只		

- 1、实际采购数量以采购人实际需求量为准。
- 2、所投产品必须满足医院使用需求，所投产品须等同于或者优于采购需求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用需求为止。
- 3、投标人所报单价不得超过控制单价，否则视为无效报价。
- 4、请投标人务必仔细核对所有的报价、小计、总报价等金额，确保正确无误，如出现计算错误影响评标结果的，视为无效报价。