

青阳县中医医院手术室小器械一批询价采购

项目公告（二次）

根据临床使用需要，我院对手术室小器械一批进行询价采购（二次），现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZY2026-242
- 2、项目名称：青阳县中医医院手术室小器械一批询价采购项目（二次）
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 4、项目内容：详见附件
- 5、项目预算：36000 元
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：

- 1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。
2. 评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。如投标单位在投标文件中已提供相关证明材料，则无需提供承诺函。
3. 在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。如投标单位在投标文件中已提供相关证明材料，则无需提供承诺函。

三、招标文件获取

- 1、获取招标文件开始日期：2026 年 4 月 15 日
- 2、获取招标文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印招标文件；

四、响应文件递交截止日期：2026 年 4 月 20 日 11 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封文件中递交）密封件封面上需备注项目名称、项目编号以及所投包别号投标人联系方式等，并加盖骑缝章。（备注：投标文件日期不得超过响应文件递交截止日期）

六、响应文件递交方式：响应文件可送至或寄至青阳县中医医院设备科（建议顺丰寄件），邮寄地址：青阳县中医医院设备科 6 号楼 2 楼

七、开标时间、地点、开标方式：

- 1、开标时间：2026 年 4 月 21 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）
- 2、开标地点：青阳县中医医院 5 号楼二楼会议室
- 3、开标方式：由我院内部审计工作小组人员组织现场开标、评审。各投标单位无需安排人员到开标现场。

八、报价要求：投标人单价报价不得超过控制单价、总报价不得超过总预算价。
否则视为无效报价。

九、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，根据产品总报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动。

十、供货期：合同签订后，接医院通知 7 个工作日完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十一、免费质保期：验收合格后 1 年。

十二、付款方式：验收合格且中标方提供正规足额的发票后 7 个工作日内付合同总价款 90%，余款 10%待质保期结束后一次性付清，不计利息。

十三、供货地点：采购人指定地点。

十四、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳县中医医院手术室小器械一批询价采购项目（二次）报价表

序号	名称	规格型号	生产企业	采购需求	采购需求是否全部响应	质保期(年)	备注	需求数量	控制单价(元)	小计(元)	总预算价(万元)	单价报价(万元)	报价小计(元)	合计总报价(万元)	报价公司名称			
1	宫腔镜检查镜			1、镜体、鞘套、操作器、进出水口均为一体化设计，高通量灌注，真正的免拆卸一体化设计； 2、圆管形镜体，鞘唇端加大孔隙，膨宫速度更快； 3、主镜体工作长度205mm，外径16Fr 5、进出水口可360°旋转。 6、对应设计光学工作距离10mm，视场角60°，角分辨力为2.3C/(°)，有效景深1~70mm。视向角：30°，便于观察宫腔角落。 7、显色指数 Ra (A标准照明体) 为90；显色指数 Ra (D65标准照明体) 为90； 8、照明镜体光效1leR0.4，综合镜体光效SleR0.35。 9、单位相对畸变 VU-Z的控制量为10%。 10、可搭配5Fr硬质器械及6Fr软质器械。 11、采用免维护水阀，机械关闭水阀时可以有效避免漏水，无磁片式设计，避免因多次洗消所带来的磁片消磁无法密闭导致的漏水情况； 12、窥镜灭菌方式：低温等离子灭菌 13、光缆：配有转换接头可与我院在用迈瑞、蛇牌光源连接； 14、光缆接头可与我院在用迈瑞、蛇牌光缆连接； 15、与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求			所有采购需求须全部响应，请在投标时提供符合采购需求的支持材料，并将响应的每一条参数在支撑材料里做出显著标识	1套	32000	32000	36000							
	异物钳			1、标配：5Fr硬质手术器械：取环钳1把、异物钳1把、单动剪刀1把，长度340mm				1把										
	取环钳			2、手术器械为医用不锈钢制作的硬性器械，刃部是由不锈钢20Cr13加工制造，杆部由不锈钢加工制造，便于定位，强度佳。				1把										
	单动剪刀（尖头）			3、硬质器械：医用不锈钢材料手柄，耐用、防水、耐腐蚀。 4、软质器械：钳柄灵活，适用于远端的精细操作。				1把										
2	克氏针撑开钳			中号			提供彩页	1把	1000	1000								
3	克氏针撑开钳			大号			提供彩页	1把	1000	1000								
4	肛管探针			偏硬银质			提供彩页	2根	150	300								
5	肛门镜			中号、喇叭口			提供彩页	2个	100	200								
6	异物钳			1.3*600mm、与输尿管镜配套使用			提供彩页	1把	1500	1500								

- 1、所投产品必须满足医院使用要求，所投产品须等同于或者优于清单中的要求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止。
- 2、投标人单价报价不得超过控制单价、合计总报价不得超过总预算价。否则视为无效报价。
- 3、请投标人务必仔细核对所有的报价金额，确保正确无误，如出现计算、报价等错误影响评标结果的，视为无效报价。
- 4、表中需求数量为预估量，实际采购数量以采购人实际需求量为准。
- 5、请各投标单位严格按照报价表的格式及要求进行报价，否则视为无效报价。