

青阳县中医医院临床所需设备采购项目公告

根据临床使用需要，我院对临床所需设备进行询价采购，现邀请符合条件的供货商参与。

一.项目概况

- 1、项目编号：QYXZYYY2026-247
- 2、项目名称：青阳县中医医院临床所需设备采购项目
- 3、项目单位：青阳县中医医院
- 5、项目预算： 33000 元
- 4、项目内容：详见附件
- 6、资金来源：自筹资金。

二、资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、本项目的特定资格要求：
 - 2.1 供应商须具有有效的营业执照；
 - 2.2 所投产品属于二类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营备案证明；属于三类医疗器械时，须提供供应商的医疗器械经营许可证。
 - 2.3 供应商所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 2.4 供应商所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。

备注：

- 1、本项目所要求的制造商或代理商的经营或备案证书根据产品所属类别适用。

2.评审阶段潜在供应商只需提供 2.3 项和 2.4 项的承诺函，不需要提供所提到的证明材料。如投标单位在投标文件中已提供相关证明材料，则无需提供承诺函。

3.在确定并公布中标人后、签订合同前，中标人必须按采购人要求，提供相关的证明材料，以供采购人查验。如未按要求提供材料的，则视为放弃中标资格（需提供承诺函，格式自拟）。如投标单位在投标文件中已提供相关证明材料，则无需提供承诺函。

三、招标文件获取

1、获取招标文件开始日期：2026 年 7 月 17 日

2、获取招标文件方式：投标人登陆青阳县中医医院官方网站自行下载打印招标文件；

四、响应文件递交截止日期：2026 年 7 月 27 日 11 时 30 分

五、响应文件份数：1 份正本、1 份副本。（正副本请放于同一密封文件中递交）密封件封面上需备注项目名称、项目编号以及所投包别号投标人联系方式等，并加盖骑缝章。（备注：投标文件日期不得超过响应文件递交截止日期）

六、响应文件递交方式：响应文件可送至或寄至青阳县中医医院设备科（建议顺丰寄件），邮寄地址：青阳县中医医院设备科 6 号楼 2 楼

七、开标时间、地点、开标方式：

1、开标时间：2026 年 7 月 28 日上午 10:00（开标时间如有变动恕不另行通知）

2、开标地点：青阳县中医医院 5 号楼二楼会议室

3、开标方式：由我院内部审计工作小组人员组织现场开标、评审。各投标单位无需安排人员到开标现场。

八、报价要求：投标人单价报价不得超过控制单价、总报价不得超过总预算价。

否则视为无效报价。

九、评审程序及成交原则：

由本院内部审计工作小组对所有按规定递交的响应文件进行拆封、评审，在资格审查通过后且满足采购需求的前提下，根据产品总报价从低到高的顺序推荐 1-3 名候选人，原则上本项目成交人为最低报价的第一中标候选人，如因特殊或不可抗力原因无法满足签订采购合同，采购人可以推荐第二中标候选人为成交人，也可以选择重新开展采购活动。

十、供货期：合同签订后，接到医院通知 7 个工作日内完成全部货物的供货、安装及调试工作。

十一、免费质保期：请在投标报价表中按要求自行填写。

十二、付款方式：验收合格且中标方提供正规足额的发票后 7 个工作日内付合同总价款的 90%，余款 10%待设备质保期结束后一次性付清，不计利息。

十三、供货地点：采购人指定地点。

十四、联系方式：

采购人：青阳县中医医院

联系人：孙科长

联系电话：0566-5114710 13305668812

青阳县中医医院临床所需设备采购项目报价表

序号	名称	规格型号	生产企业	采购需求	采购需求是否全部响应	要求	质保期(年)	售后服务及培训	备注	需求数量	控制单价(元)	小计(元)	总预算价(元)	单价报价(元)	报价小计(元)	合计总报价(元)	报价公司名称	
1	AED自动体外除颤仪			1、采用双相指数截断指数波截断技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：最大输出能量≤360J 2、病人阻抗范围：≥20～200Ω 3、在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年、设备出厂日期小于6个月（依据供货日期计算） 4、最大能量除颤次数≥200次 5、低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少提供10次电击 6、自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 7、具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 8、支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 9、AED从开始分析到最大能量放电准备就绪时间≤7秒 10、具备中文操作模式、能提供中文智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 11、数据管理：支持≥1000条及以上报警事件数据存储和≥1500份自检报告存储 12、具有用户自检和设备自检功能 13、提供设备状态指示灯 14、AED主机使用期限≥9年 15、提供除颤仪固定架1套 16、设备必须需适用于儿科、妇产科使用		1、所有采购需求须全部响应，2、请在投标时提供符合采购需求的支撑材料，并将响应的每一条参数在支撑材料里做出显著标识。	请根据所投产品实际情况自行填写，但不得低于2年	请提供售后服务及培训方案（急救设备需提供现场培训）	如有配套消耗品请在投标文件中列出明细价格表	2	6500	13000	33000					
2	医用加压器（医用灌注泵）			1、可用于泌尿外科的膀胱及输尿管手术的液体灌注 2、采用滚动挤压泵产生大流量脉冲水流， 3、冲液管可以高温高压消毒，至少标配2根冲液管 4、压力调节范围：0-250mmHg 或更大调节范围 5、流量调节范围：0-1L/min或更大调节范围 6、灌注最大流量：≥0.5L/min 7、安全分类：I类 8、实时显示各种功能数据：压力、流速等 9、设备出厂日期小于6个月（依据供货日期计算）		请根据所投产品实际情况自行填写，但不得低于1年	请提供售后服务及培训方案	如有配套消耗品请在投标文件中列出明细价格表	1	20000	20000							

1、所投产品必须满足医院使用要求，所投产品须等同于或者优于清单中的要求。如所投产品无法满足临床使用需求，则需无条件更换，直至能满足临床正常使用为止。
2、投标人单价报价不得超过控制单价、合计总报价不得超过总预算价。否则视为无效报价。
3、请投标人务必仔细核对所有的报价金额，确保正确无误，如出现计算、报价等错误影响评标结果的，视为无效报价。
4、表中需求数量为预估量，实际采购数量以采购人实际需求量为准。
、请各投标单位严格按照报价表的格式及要求进行报价，否则视为无效报价。